昌图县第二医院文件

昌图二院院发 [2022] 28 号　　签发人：孙宏君

昌图县第二医院DSA建设项目
竣工环保验收报告

一、我院基本情况及项目建设概况

昌图县第二医院始建于1948年3月，当时称“昌北县立医院”，1950年，昌图县与昌北县合并后改为昌图县第二人民医院，于1998年末更名为铁岭市昌图县第二医院，是一所历史悠久，专业技术力量较强的集医疗、卫生、预防、保健、救治于一体的综合性二级甲等医院。医院占地面积8353平方米，建筑面积近3万平方米。医院现有职工454人，高级职称16人，中级职称113人，初级职称227人，工人52人，编制床位560张。医院现开设临床、医技科室38个，包括骨外科、普外科、神经外科、神经内科、循环内科、呼吸内科、消化内科、妇产科、儿科、重症医学科、麻醉科、眼科、五官科、皮肤科、口腔科、中医科、理疗科、肛肠科、血液透析科、碎石科、康复科、肿瘤科、急诊科及120急救中心、CT室、彩超室、心电图室、化验室等。

2021年11月昌图县第二医院委托辽宁省环保集团辐洁

生态环境有限公司完成了《昌图县第二医院DSA建设项目环境影响报告表》。2022年4月6日该项目通过辽宁省生态环境厅环评审批（辽环审表[2022]22号）。2022年8月9日按规定申领了《辐射安全许可证》（辽环辐证[12002]）。昌图县第二医院DSA建设项目属于新建项目，新建1间DSA机房，新购1台血管造影系统（DSA）开展介入治疗。DSA建设位置位于门诊综合楼一层，DSA最大管电压125 kV，最大管电流1000 mA，设备型号为飞利浦Azurion。DSA属于II类射线装置。

本项目于2022年5月开工，2022年8月竣工，本项目严格按照环评批复的相关图纸施工，主体工程于2022年8月进行试运行，配套的环境保护和环境风险防范设施、措施已同时投入使用。

本项目实施过程中无变更。

二、验收情况：2022年12月8日，因为疫情期间，依据国家相关规定，本次验收会议采用视频会议形式，通过现场实施录像对验收项目建设及运行情况进行核验。参加验收的人员共9人（建设单位4人、验收监测单位2人、专家组3人），组成建设项目竣工环境保护自主验收组。

现场检查组和与会代表听取了昌图县第二医院对该项目的建设、环保执行、项目试运行情况的汇报，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司对该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，依据国环规环评[2017]4号文的要求，对1

间数字减影血管造影(DSA)介入手术室进行现场核查。通过认真核准、讨论，形成验收现场核查意见，本次自主验收按照《昌图县第二医院DSA建设项目竣工环境保护自主验收专家意见》整改后，同意该项目通过环保竣工验收。

我院已按照核查意见的整改要求，完成了材料补充、制度完善等整改工作。

昌图县第二医院

2022年12月16日